




| | | | |
|--------------------|--|---------------------------|-----------|
| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИА |
| № опросного листа: | | Код МТР в ЕНС PKC: | ИА 0144 |

Наименование МТР: **ГСО Мышьяка 7344-96**

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|----------|--|-------------------|--|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| 1.1 | ГСО ионов мышьяка | | |
| 1.2 | концентрация | г/дм ³ | 0,1 |
| | срок годности | 36 мес. | Оставшийся срок годности не менее 30 мес. На дату поставки |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ | | |
| 2.1 | стеклянные ампулы номинальной вместимостью 5 см ³ | | |
| 2.2 | паспорт | ампула лист | Обязательное наличие паспорта с синей печатью |

| | |
|-------------------------------------|---|
| ФИО Ответственного | Варламова Ольга Евгеньевна |
| Должность: | Начальник производственной лаборатории |
| Телефон/Факс: | (8482) 24-51-10 |
| Электронный адрес: | |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Технический директор Тимофеева Е.М. |
| Подпись: | |
| Директор технического департамента: | |
| Подпись: | |