


Заказчик:	АО «ПКС - Водоканал»	Группа материалов:	И
№ опросного листа:	ИБ0316	Код МТР в ЕНС PKS:	ИБ0316

Наименование МТР: Колонка хроматографическая для определения полиакриламидов

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Описание оборудования	-	хроматографическая колонка для определения полиакриламидов согласно ГОСТ 19355-85 п. 1.3.
1.2	Материал изготовления	-	стекло
1.3	Наличие впаянного стеклянного пористого фильтра	-	да
1.4	Наличие крана	-	да
1.5	Внутренний диаметр колонки	мм	13-14
1.6	Длина колонки выше крана, не менее	мм	250
1.7	Длина колонки ниже крана, не менее	мм	100
1.8	Размер пор стеклянного фильтра	мкм	16 – 40 (Р 40)
1.9	Толщина стеклянного фильтра	мм	3-4
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			
2.10.			
2.11.			
2.12.			
2.31.			

ФИО Ответственного:	Платонов Андрей Владимирович
Должность:	начальник лаборатории
Телефон / Факс:	(8142) 782661
Электронный адрес:	a.platonov@rks.karelia.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР АО «ПКС ВОДОКАНАЛ» А.В. ОСТАПЧУК
Подпись:	