


<b>Заказчик:</b>	<b>ООО «Волжские коммунальные системы»</b>	<b>Группа материалов:</b>	<b>ИБ</b>
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ИБ 0505

Наименование МТР: Иономер И-160М ТУ ВУ 400067241.007-2013

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Технические характеристики: диапазон дискретность основная погрешность температура компенсации дисплей питание	pH	-20...20 0,001 ±0,02 Автоматическая -20...150°C Графический ЖКИ (220±22) В; 50-60 Гц
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1	Преобразователь И-160М	шт.	1
2.2	Штатив универсальный ШУ-98	шт.	1
2.3	Датчик температуры ТК-06	шт.	1
2.4	Электрод ЭВЛ-1МЗ.1	шт.	1
2.5	Электрод сравнения Эср-10103		
2.6	Комплект принадлежностей (набор кабелей для поверки)	шт.	1
2.7	Формуляр	шт.	1
2.8	Руководство по эксплуатации	шт.	1
2.9	Свидетельство о поверке	шт.	1
2.10	Методика поверки	шт.	1
2.11	Паспорт	шт.	1

ФИО Ответственного	Варламова Ольга Евгеньевна
Должность:	Начальник производственной лаборатории
Телефон/Факс:	(8482) 24-51-10
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения:	Технический директор Тимофеева Е.М.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	