




Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИА
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ИА 0039

Наименование МТР: **ГСО ХПК (бихроматная окисляемость воды) (10000 мг/дм³)**
ГСО 7425-97

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	ГСО ХПК Массовая концентрация ХПК	мг/дм ³	10000
1.2	Срок годности со дня выпуска ГСО	2 года	При доставке в лабораторию не менее 20 месяцев
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	ГСО представляет собой водный раствор калия фталевокислого, расфасованный в запаянные стеклянные ампулы типа ШП-5, ШП-20 по ОСТ 64-2-485-85 или типа ИП-20С по ТУ У 30480945-005-96.	ампула	5 ампул в упаковке
2.2	Паспорт ЗАО «Центр исследования и контроля воды»	лист	обязательное наличие паспорта стандартного образца утверждённо типа с синей печатью
2.3	Скарификатор (для ампул без кольца излома)		
2.4	Упаковочная коробка		

ФИО Ответственного	Варламова Ольга Евгеньевна
Должность:	Начальник производственной лаборатории
Телефон/Факс:	(8482) 24-51-10
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения:	Технический директор Тимофеева Е.М.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	