



| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИА |
| № опросного листа: | | Код МТР в ЕНС РКС: | ИА 0130 |

Наименование МТР: ГСО Кадмий 7773-2000

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|----------|--|-------------------|---|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| 1.1 | ГСО Кадмия | г/дм ³ | 1,0 Оставшийся срок годности не менее 30 мес. на дату поставки |
| 1.2 | концентрация срок годности | | |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ | | |
| 2.1 | стеклянные ампулы номинальной вместимостью 5 см ³ | ампула | Обязательное наличие паспорта с синей печатью |
| 2.2 | паспорт | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| ФИО Ответственного | Варламова Ольга Евгеньевна |
| Должность: | Начальник производственной лаборатории |
| Телефон/Факс: | (8482) 24-51-10 |
| Электронный адрес: | |
| Подпись: | |
| Начальник подразделения: | Технический директор Тимофеева Е.М. |
| Подпись: | |
| Директор технического департамента: | |
| Подпись: | |