



Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИА
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ИА 1191

Наименование МТР: **Оксид алюминия с размером зёрен (0,10-0,25) мм для хроматографии**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Оксид алюминия	3 месяца	2-ой степени активности с размером зёрен (0,10-0,25) мм ТУ 6-09-3916-75 или ГОСТ 8136 Россия или импортн. Оставшийся срок годности не менее 2,5 месяцев на дату поставки
1.2	Квалификация		
1.3	нормативный документ		
1.4	производитель		
1.4	срок годности со дня изготовления		
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.2	Фасовка в герметичную пластиковую посуду массой	1 кг	обязательное наличие паспорта с синей печатью
2.3	паспорт		

ФИО Ответственного	Варламова Ольга Евгеньевна
Должность:	Начальник производственной лаборатории
Телефон/Факс:	(8482) 24-51-10
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения:	Технический директор Тимофеева Е.М.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	