




Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИА
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ИА 0399

Наименование МТР: **Индикаторы паровой стерилизации «Стериконт-П-132/20»**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые «Стериконт-П-132/20»	500 шт/уп ТУ 9398-007-11764404-2004	Производитель – НПФ «Винар», г. Москва
1.2	Срок годности	36 мес.	Оставшийся срок годности не менее 33 мес. на дату поставки
1.3	Инструкция по применению		Наличие обязательно
1.4	Упаковка		Бумажный конверт изготовителя. Целостность обязательна

ФИО Ответственного	Варламова Ольга Евгеньевна
Должность:	Начальник Производственной лаборатории
Телефон/Факс:	(8482) 24-51-10
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения:	Технический директор Е.М. Тимофеева
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	