




Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИБ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ИБ1022

Наименование МТР: Дозатор механический 1-канальный (5-50 мкл)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Диапазон объемов дозирования	мкл	5-50
1.2	Дискретность установки	мкл	0,02
1.3	Пределы погрешности	%	± (5,0-2,0)
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Дозатор механический одноканальный переменного объема 5-50 мкл		Цифры, показывающие объем дозирования на цифровом дисплее, должны быть хорошо видимыми
2.2	Паспорт		Обязательно наличие паспорта на русском языке
2.3	Поверка		Обязательно наличие свидетельства о поверке прибора или отметка о поверке в паспорте на прибор

ФИО Ответственного	Варламова Ольга Евгеньевна
Должность:	Начальник Производственной лаборатории
Телефон/Факс:	(8482) 24-51-10
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения:	Технический директор Тимофеева Е.М.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	