




<b>Заказчик:</b>	<b>ООО «Волжские коммунальные системы»</b>	<b>Группа материалов:</b>	<b>ИА</b>
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ИА 0308

Наименование МТР: **ГСО 7875-2000**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	ГСО Марганца Массовая концентрация ионов марганца	г/дм <sup>3</sup>	1,0 г/дм <sup>3</sup>
1.2	Срок годности со дня выпуска ГСО	36 мес.	При доставке в лабораторию не менее 30 месяцев
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1	ГСО водного раствора ионов марганца в 1н азотной кислоте, расфасованный по 5см <sup>3</sup> в запаянные ампулы номинальной вместимостью 5 см <sup>3</sup> , снабжённые этикеткой.	ампула	обязательное наличие паспорта стандартного образца утверждённого типа с синей печатью
2.2	Паспорт ООО «Экохим»	лист	

ФИО Ответственного	Варламова Ольга Евгеньевна
Должность:	Начальник производственной лаборатории
Телефон/Факс:	(8482) 24-51-10
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения:	Технический директор Тимофеева Е.М.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	