




Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИА
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKC:	ИА 0516

Наименование МТР: **Стандартный образец мутности на 10 единиц для баканализа**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Стандартные образцы мутности бактериальных взвесей (комплект БАК)	СОП № 1-98-15	Производитель – ООО «Ормет» , Свердловская обл., г. Екатеринбург
1.2	Комплект поставки	2 шт/уп	СО мутности, соответствующие 10 МЕ, 5 МЕ в запаянных пробирках
1.3	Срок годности	12 мес.	Оставшийся срок годности не менее 11 мес. на дату поставки
1.4	Инструкция по применению		Наличие обязательно
1.5	Паспорт		Наличие обязательно

ФИО Ответственного	Варламова Ольга Евгеньевна
Должность:	Начальник Производственной лаборатории
Телефон/Факс:	(8482) 24-51-10
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения:	Технический директор Е.М. Тимофеева
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	