


Заказчик:	ООО НОВОГОР-Прикамье	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	15 1132
Наименование МТР:	Индикатор дефектов обмоток электрических машин ИДО-06		
№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1,1	Контролируемые параметры: при проверке трёхфазной обмотки на наличие междувитковых замыканий, обрыва фаз и на правильность соединения фаз	(Кн)	коэффициент несимметрии фазных токов
1,2	при проверке состояния изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками	(Rи)	сопротивление изоляции
1,3	Контролируемый диапазон Кн	%	0 - 99
1,4	Контролируемый диапазон Rи	Мом	0-500
1,5	Чувствительность (величина Кн при замыкании одного витка в фазе)	%	не менее 10
1,6	Выходное постоянное напряжение при измерении Rи	в	1000 ±100
1,7	Индикация		светодиодная и светодиодная алфавитно-цифровая трехразрядная
1,8	Питание		автономное или от внешнего блока питания
1,9	Напряжение питания	в	5 (-1,0+0,6)
1,1	Потребляемая мощность	Вт	3
1,11	Габаритные размеры	мм	205 x 80 x 50
1,12	Масса	кг	не более 0,5
1,13			
2	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.	Руководство по эксплуатации на русском языке	шт	1
2.2.	Паспорт на русском языке	шт	1
2.3.	Индикатор дефектов обмоток электрических машин ИДО-06	шт	1
2.4.	Аккумулятор (размер АА)	шт	4
2.5.	Блок питания БПИД-2	шт	1
2.6.	Кабель соединительный	шт	1
2.7.	Провод соединительный	шт	2
2.8.			
ФИО Ответственного	Шакриев Е.Д.		
Должность:	Зам.главного инженера по оборудованию		
Телефон / Факс:	(342) 2-100-600 доб. 20-10		
Электронный адрес:	shakriev.e.d@novogor-prikm.ru		
Подпись:			
Директор технического департамента:			
Подпись:			