

УМТС
ООО «Самарские коммунальные системы»

Техническое задание

Согласно заявки №603 от 10.10.16г. просим приобрести термостат воздушный с охлаждением для поддержания в рабочем объеме температуру + 20°C по Цельсию, отклонения не более $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ для определения БПК. Диапазон рабочих температур от +5°C до +30°C.

Начальник ИЦКВ



И. В. Степанова

Исполнитель
микробиолог
Шейкина Елена Юрьевна
Тел. 207-24-17