

Заказчик:	ООО «Новогор-Прикамье»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ИБ 0452

Наименование МТР: «Флюорат-02-4М» (или аналог)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Спектральный диапазон оптического излучения	- в канале возбуждения 200-650 - в канале пропускания 200-650 - в канале регистрации люминесценции 250-650	
2.1	Диапазон измерений:	- массовой концентрации фенола в воде флуориметрическим методом, мг/дм ³ 0,01-25 - коэффициента пропускания образца фотометрическим методом, % (абс) 10-90	
3.1	Время измерения	не более 16с	
4.1	Габариты, мм –	300*300*95	
5.1	Масса, кг	8	
6.1	Напряжение питания, В; ГЦ;ВА	220;50;36	
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Флюорат (или аналог) – 1 шт		
2.2	Светофильтр №1 – 1 шт		
2.3	Светофильтр №3 - 1 шт		
2.4	Светофильтр №Б1 – 1 шт		
2.5	Светофильтр №17 – 1шт		
2.6	Светофильтр №14 -1 шт		
2.7	Светофильтр №15 - 1 шт		
2.8	Кюветное отделение для определения ХПК – 1шт		
2.9	Кюветное отделение для определения фенола – 1 шт		
2.10	Свидетельство о поверке - 1шт		срок действия поверки не менее 2/3 межповерочного интервала
2.11	Методика поверки на русском языке -1шт		
2.12	Паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке -1 шт		
2.13	Гарантийный талон -1шт		
2.14	Сертификат об утверждении типа на русском языке -1шт		

ФИО Ответственного:	Огорокова Н.В.
Должность:	Начальник центральной лаборатории
Телефон / Факс:	8-912-492-68-48
Электронный адрес:	okorokova.n@novogor. perm.ru
Подпись:	